

HeartSine® samaritan® PAD

Produktfamilie



	HeartSine samaritan PAD SAM 350P	HeartSine samaritan PAD SAM 360P	HeartSine samaritan PAD SAM 500P mit CPR Advisor™
ICG-basiertes Echtzeit-Feedback zur Frequenz und Stärke der HLW („Fester drücken“, „Schneller drücken“, „Langsamer drücken“, „Gute Herzmassage“)			X
HLW-Unterstützung mit Metronom	X	X	X
Vollautomatische Schockabgabe		X	
Halbautomatische Schockabgabe	X		X
Hoher Schutz vor Staub und Feuchtigkeit (Schutzklasse IP56)	X	X	X
Einweg-Kassette mit Batterie und Elektroden für einfache Wartung	X	X	X
4 Jahre Elektroden- und Batteriebensdauer	X	X	X
Ansteigende Niedrigenergie-Wellenform (SCOPE)	X	X	X
Betriebsimpedanzbereich von 20 - 230 Ohm	X	X	X
Hör- und sichtbares Metronom für HLW-Anleitung	X	X	X
Kompakt, tragbar und leicht	X 1.1 kg (2.4 lb)	X 1.1 kg (2.4 lb)	X 1.1 kg (2.4 lb)
Für Kinder geeignet	X	X	X*
90-minütige EKG-Aufzeichnung	X	X	X
Automatischer Selbsttest	X	X	X
Vor Ort upgradbare Software	X	X	X
Inklusive Tragetasche	X	X	X

* Bei Verwendung mit einem Pediatric-Pak wird der CPR Advisor deaktiviert.

Alle Ansprüche gültig ab 08/2025.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker-Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter stryker.com

Emergency Care Public Access

AED-Anwender sollten in der HLW sowie der Verwendung von AED-Geräten geschult sein. Auch wenn nicht jeder Mensch gerettet werden kann, haben Studien gezeigt, dass eine frühzeitige Defibrillation die Überlebensraten deutlich steigern kann. AEDs können an Erwachsenen und Kindern verwendet werden. AEDs können an Kindern mit einem Körpergewicht von weniger als 25 kg verwendet werden, aber bei einigen Modellen sind separate Defibrillationselektroden notwendig.

Mit den hierin bereitgestellten Informationen soll das Produktangebot von Stryker demonstriert werden. Lesen Sie die vollständigen Informationen zu Verwendungsindikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Nebenwirkungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die Produkte von Stryker verwenden. Es ist möglich, dass nicht alle Produkte in allen Märkten verfügbar sind, da die Produktverfügbarkeit von behördlichen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Gebiet an Ihren Gebietsleiter. Technische Daten können unangekündigt geändert werden. Die hier dargestellten Produkte tragen gemäß EUVerordnungen und -Richtlinien die CE-Kennzeichnung.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Handels- oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: CPR Advisor, HeartSine, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, SCOPE, Stryker. Alle anderen Handelsmarken sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer oder Inhaber.

CE HeartSine samaritan PAD ist eine Medizinprodukt der Klasse III – 0123 gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung. Pad-Pak und **0123** Pediatric Pak sind Medizinprodukte der Klasse IIB – 0123 gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung.

 HeartSine samaritan PAD: UL-Prüfzeichen. Siehe vollständige Kennzeichnung auf dem Produkt.

Erscheinungsdatum: 08/2025

DE

Hergestellt in UK

HeartSine SAM 500P ist nicht zum Verkauf in den USA verfügbar.

EC-HS-COMP-1535338_REV-0_de_de

Copyright © 2025 Stryker.



HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
heartssupport@stryker.com
heartssine.com

Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1
Duisburg 47228
Germany
Tel +49 2065 837 0
Fax +49 2065 837 837