



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

Teknik Not Ref:

HeartSine samaritan® PAD & Pad/Ped Pak'larının doğru sıcaklıkta çalıştırılması ve saklanması.

Sayın Müşterimiz,

HeartSine samaritan® PAD'inizi ve ilgili Pad/Ped Pak'larını aşağıda belirtilen doğru sıcaklıkta saklamanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamak istiyoruz. Lütfen bu bilgilere ilgili Kullanım Elkitaplarından ulaşabileceğini not ediniz.

Seri numaraları 04, 05, 06, 07 ile başlayan HeartSine samaritan® PAD aygıtları için:

Bekleme Sıcaklığı:

Samaritan® PAD 10 ila 50°C (50 - 122°F) arasındaki sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.

HeartSine mümkünse aygıtın rahat bir oda sıcaklığında saklanmasını önermektedir, bu durum hem samaritan® PAD hem de Pad-Pak'dan en iyi performansın alınmasını sağlayacaktır.

Çalışma Sıcaklığı:

Eğer samaritan® PAD en az 24 saat süre ile Bekleme Şartlarına göre (Yukarıdaki) saklanırsa, ortam sıcaklığının 0 ila 50°C (32 - 122°F) arasında olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu durumda daha düşük sıcaklıklara maruz bırakıldıktan sonra 1 saate kadar olan sürede daha düşük sıcaklık aralığında güvenle kullanılabilir.

Nakliye ve Taşıma Sıcaklığı:

samaritan® PAD iki güne kadar olan sürede -10 ila 50°C arasındaki (14 - 122°F) sıcaklıkta geçici olarak muhafaza edilebilir.

Eğer samaritan® PAD'in 10°C (50°F) sıcaklığın altında saklandığını düşünüyorsanız, aygıtı kullanmaya başlamadan önce en az 24 saat 10 ila 50°C (50 - 122°F) sıcaklık arasındaki ortam sıcaklığında saklanması gereklidir. 10 - 50°C arasındaki sıcaklığın dışında uzun süreli kullanım aygıtın performansını olumsuz etkileyebilir.

Not: Yeri belirlerken samaritan® PAD'i aşırı neme, toza veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakacak yerlerden kaçının.

Seri numarası 04, 05, 06, 07 ile başlayan HeartSine samaritan® PAD aygıtları ile ilgili aşağıdaki bilgileri bilginize sunuyoruz:

Eğer çalışma sırasında samaritan® PAD 'Batarya Zayıf' sesli uyarısı verirse ve soğuk ortama maruz bırakıldığından şüpheleniyorsanız (10°C veya 50 °F sıcaklığın altı), yine de doğru ve güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edebilir; aşağıda belirtilen saklama ve çalışma sıcaklıklarına bağlıdır:

Not: 'Batarya zayıf' sesli uyarısı verildiğinde, yeşil durum göstergesi yanıp sönmeyi kesecektir.

Eğer samaritan® PAD önerilen saklama sıcaklık aralığına getirilirse (10 ila 50°C veya 50 ila 122 °F arası) manuel veya otomatik olarak bir sonraki açılışında yeşil LED göstergesi yanıp sönmeye başlamalıdır, dolayısıyla otomatik testing başarılı bir şekilde tamamlandığını göstermelidir.

Eğer durum göstergesi yeşil yanıp sönmeye başlamazsa ya da 'Batarya Zayıf' sesli uyarısı vermeye devam ederse uyarı düşük sıcaklık ile ilgili değildir. Bu durumda doğrudan HeartSine distribütörünüz ya da HeartSine Technologies Teknik Destek Ekibi ile doğrudan irtibata geçiniz.

Eğer samaritan® PAD acil bir durumda kullanılırsa ve 'Batarya Zayıf' sesli uyarısı duyulursa, aygıt ile CPR ve defibrilasyon tedavisi yapmaya devam edin.

'Batarya Zayıf' sesli uyarısı duyulduğunda samaritan® PAD normalde ona kadar defibrilasyon şoku daha verebilmektedir.

Not: samaritan® PAD kullanılmaya devam ederken güvenilir ve uygun tedavi sunmaya devam edecektir.

Eğer yedek Pad-Pak™ (batarya ve elektrot kartuşu) varsa Pad-Pak™ bataryasını değiştirmek için hazırlıklı olunuz. Soğuk durumlarda herhangi bir yedek Pad-Pak™'ı yukarıda önerilen şekilde saklanmasını sağlayın.



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

Seri numaraları 08A & 09A ile başlayan HeartSine samaritan® PAD aygıtları için:

Bekleme Sıcaklığı:

Samaritan® PAD 0 ila 50°C (32 - 122°F) arasındaki sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Heartsine mümkünse aygıtın rahat bir oda sıcaklığında saklanması önermektedir, bu durum hem samaritan® PAD hem de Pad-Pak'dan en iyi performansın alınmasını sağlayacaktır.

Çalışma Sıcaklığı:

Eğer samaritan® PAD en az 24 saat süre ile Bekleme Şartlarına göre (Yukarıdaki) saklanırsa, ortam sıcaklığının 0 ila 50°C (32 - 122°F) arasında olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu durumda daha düşük sıcaklıklara maruz bırakıldıktan sonra 1 saate kadar olan sürede daha düşük sıcaklık aralığında güvenle kullanılabilir.

Nakliye ve Taşıma Sıcaklığı:

samaritan® PAD iki güne kadar olan sürede -10 ila 50°C arasındaki (14 - 122°F) sıcaklıkta geçici olarak muhafaza edilebilir. Eğer samaritan® PAD'in 0°C (32°F) sıcaklığın altında saklandığını düşünüyorsanız, aygıtı kullanmaya başlamadan önce en az 24 saat 0 ila 50°C (32 - 122°F) sıcaklık arasındaki ortam sıcaklığında saklanması gereklidir. 0 - 50°C (32 - 122°F) arasındaki sıcaklığın dışında uzun süreli kullanım aygıtın performansını olumsuz etkileyebilir.

Not: Yeri belirlerken samaritan® PAD'i aşırı neme, toza veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakacak yerlerden kaçınınız.

Seri numarası 08A veya 09A ile başlayan HeartSine samaritan® PAD aygıtları ile ilgili aşağıdaki bilgileri bilginize sunuyoruz:

Eğer çalışma sırasında samaritan® PAD 'Batarya Zayıf' sesli uyarısı verirse ve soğuk ortama maruz bırakıldığından şüpheleniyorsanız (0°C veya 32°F sıcaklığın altı), yine de doğru ve güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edebilir; aşağıda belirtilen saklama ve çalıştırma sıcaklıklarına bağlıdır:

Not: 'Batarya zayıf' sesli uyarısı verildiğinde, durum göstergesi kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır.

Eğer samaritan® PAD önerilen saklama sıcaklık aralığına getirilirse (0 ila 50°C veya 32 ila 122°F arası) manuel veya otomatik olarak bir sonraki açılışında yanıp sönen kırmızı LED göstergesi yeşil renk almalıdır, dolayısıyla otomatik testing başarılı bir şekilde tamamlandığını göstermelidir.

Eğer durum göstergesi kırmızı yanıp sönmeye devam ederse ya da 'Batarya Zayıf' sesli uyarısı verilmeye devam ederse uyarı düşük sıcaklık ile ilgili değildir. Bu durumda doğrudan HeartSine distribütörünüz ya da HeartSine Technologies Teknik Destek Ekibi ile doğrudan irtibata geçiniz.

Eğer samaritan® PAD acil bir durumda kullanılırsa ve 'Batarya Zayıf' sesli uyarısı duyulursa, aygıt ile CPR ve defibrilasyon tedavisi yapmaya devam edin.

'Batarya Zayıf' sesli uyarısı duyulduğunda samaritan® PAD normalde ona kadar defibrilasyon şoku daha verebilmektedir.

Not: samaritan® PAD kullanılmaya devam ederken güvenilir ve uygun tedavi sunmaya devam edecektir.

Eğer yedek Pad-Pak™ (batarya ve elektrot kartuşu) varsa Pad-Pak™ bataryasını değiştirmek için hazırlıklı olunuz. Soğuk durumlarda herhangi bir yedek Pad-Pak™'ı yukarıda önerilen şekilde saklanması sağlansın.

Turkish H009-013-016-0